

Закупівля медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства «Ярмолинецька багатопрофільна лікарня лікарня» Ярмолинецької селищної ради. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 315930,00 гривень. Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Назва предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
Гістероскоп за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків, НК 024:2019: 36628 — Гістероскоп жорсткий, ДК 021:2015: 33168100-6 — Ендоскопи.	комплект	1

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче:

- *завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

2. Продукція повинна бути новою і такою, що не була у використанні, а також упакована таким чином, щоб не допустити пошкодження та відповідати показникам безпеки та якості (*надати у складі пропозиції гарантійний лист*).

3. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

4. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару Медико - технічним вимогам повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською, та/або російською мовами), в яких міститься ця інформація, *разом з додаванням копій або сканованих з оригіналу технічних документів виробника до складу пропозиції Учасника. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці 1, наведеної нижче.*

5. Термін гарантійного обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дати введення обладнання в експлуатацію. (*надати у складі пропозиції гарантійний лист*).

6. Надати *гарантійний лист* від учасника про те, що доставка, інсталяція, введення обладнання в експлуатацію, навчання медичного персоналу Замовника роботі з обладнанням на місці буде проводитися за рахунок Учасника.

7. Надати *гарантійний лист* про те, що сервісне обслуговування запропонованого Учасником обладнання буде здійснюватися кваліфікованими фахівцями.

Медико-технічні вимоги до Гістероскопу

Таблиця 1

№	Назва та характеристики	К-ть	Наявність функції або величина параметра	Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника
1	<p>Ендоскопічна Full HD камера, що має наступні характеристики:</p> <p>Сенсор зображення</p> <p>Роздільна здатність</p> <p>Горизонтальна роздільна здатність</p> <p>Частота кадрів</p> <p>Мінімальна світлочутливість</p> <p>Вбудоване екранне меню з зовнішніми елементами керування</p> <p>Налаштування балансу білого</p> <p>Функція фіксації білого кольору</p> <p>Функція додавання підпису до відеозображення (ПІБ хворого, назва лікарні та ін.)</p> <p>Функція придушення надзвичайно яскравого освітлення</p> <p>Функція антиблиску</p> <p>Функція DWDR</p> <p>Можливість підключення до робочої станції з фото/відео записом та веденням бази</p>	1	<p>наявність</p> <p>не гірше 1/2.8" CMOS</p> <p>не гірше 1920×1080</p> <p>≥1000 ТВЛ</p> <p>≥60 кадрів за секунду</p> <p>≤0,1 лк</p> <p>наявність</p> <p>автоматичне та вручну</p> <p>наявність</p> <p>≥15 символів</p> <p>наявність</p> <p>наявність</p> <p>наявність</p> <p>наявність</p>	

	даних (хворих, лікарів, інструментарію та ін.), з підключенням периферійних пристроїв (клавіатури, мишки, принтеру, відеореєстратору та ін.), з підключенням до локальної або Інтернет-мережі			
	Вхід сигналу		$\geq 1 \times \text{HDMI}$ $\geq 1 \times \text{VGA}$ $\geq 1 \times \text{BNC}$ $\geq 1 \times \text{SDI}$	
	Комплект поставки: блок керування, голівка камери, оптичний адаптер з фокусною відстанню 20 мм, кабель живлення		наявність	
2	Ендоскопічний LED-освітлювач , що має наступні характеристики:	1	наявність	
	Потужність		$\geq 30 \text{ Вт}$	
	Освітленість		$\geq 190\,000 \text{ лк}$	
	Колірна температура		$\geq 6500 \text{ К}$	
	Плавне регулювання освітленості		0-100%	
	Робочий діапазон довжин хвиль		$450 \pm 20 \text{ нм}$	
	Робоча оптична сила		$\geq 100 \text{ мВт}$	
	Тривалість безперервної роботи		$\geq 4 \text{ год}$	
	Охолоджувальний вентилятор, що забезпечує низьку температуру корпусу		наявність	
	Лічильник, що відображає кількість відпрацьованих лампою годин		наявність	
	Мінімальний термін служби лампи		$\geq 20\,000 \text{ год}$	
	Ресурсний термін служби лампи		$\geq 50\,000 \text{ год}$	

	Комплект поставки: блок керування, кабель живлення, світловід 2,5 м		наявність	
3	Ендоскопічний відеозаписуючий пристрій Full HD , що має наступні характеристики:	1	Наявність	
	Роздільна здатність записуваного відео		не гірше 1920 × 1080	
	Частота кадрів записуваного відео		≥30 кадрів за секунду	
	Бітова швидкість записуваного відео		≥18 Мбіт/с	
	Формат записуваного відео		не гірше MP4	
	Вхід сигналу		≥1×HDMI ≥1×BNC	
	USB-інтерфейс для підключення зовнішніх носіїв інформації (USB-флеш-накопичувачів, зовнішніх жорстких дисків і т.д.)		наявність	
	Комплект поставки: блок керування, кабель живлення, кабель HDMI		наявність	
4	Ендоскопічна помпа іригаційна , що має наступні характеристики:	1	наявність	
	Механізм подачі рідини		роликовий	
	Подача рідини		автоматична, в залежності від встановленого тиску	
	Швидкість подачі рідини		не гірше 100-1000 мл/хв	
	Діапазон тиску		не гірше 5-400 мм рт. ст.	
	Доступні одиниці вимірювання тиску		мм рт. ст. кПа	

	Охолоджувальний вентилятор, що забезпечує низьку температуру корпусу		наявність	
	Комплект поставки: блок управління, комплект силіконових трубок та голок, кабель живлення		наявність	
5	LCD-монітор , що має наступні характеристики:	1	наявність	
	Розмір екрану		≥23"	
	Матриця		не гірше TFT IPS	
	Роздільна здатність		не гірше 1920×1080	
	Підсвічування		LED	
	Кути огляду		не гірше 178° / 178°	
	Максимальна кількість кольорів		≥16,7 млн	
	Вхід сигналу		≥1×DVI ≥1×HDMI	
	Комплект поставки: монітор, кабель живлення, кабель HDMI		наявність	
6	Ендоскопічна стійка , що має наступні характеристики:	1	наявність	
	Матеріал виготовлення		метал з полімерним покриттям	
	Опорні штанги		≥2	
	Кількість полиць		≥5	
	Регулювання висоти полиць		наявність	
	Гальма на передній парі коліс		наявність	
	Адаптер мережевий		≥10 розеток	
	Штатив з кріпленнями для камер		наявність	
	Регулювання висоти штативу		наявність	
7	Гістероскоп (набір) , що включає:	1	наявність	

	Гістероскоп		30°, 4×302 мм	
	Робочий елемент, з інструментальним каналом 6 Fr, каналом для води та двома кранами		4,8×216 мм	
	Тубус, з краном		24 Fr × 178 мм	
	Обтуратор		24 Fr	
	Ножиці, гнучкі		2×410 мм	
	Щипці біопсійні, гнучкі		2×410 мм	
	Щипці для захоплення, зубчасті, гнучкі		2×410 мм	
	Щипці для захоплення, дзьобоподібні, гнучкі		2×410 мм	
	Щипці для захоплення, тризубчасті, гнучкі		2×410 мм	
	Щіточка для чищення		2×410 мм	
	Ущільнюючий ковпачок (10 шт.)		наявність	
8	Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника)	1	наявність	
9	Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву	1	наявність	

	предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі			
10	Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів	1	наявність	
11	Сертифікат інженера	1	наявність	

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».